

17.01.2014 N 24

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления метрологии
Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии

С.С. Голубев

« 17 » 01 2014 г.

**Заключение об отнесении технического средства
«Прибор для определения прокачиваемости моторных масел
при пониженных температурах (модель MRV TP-1)»
к средствам измерений**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и приказом Минпромторга России от 25 июня 2013 г. № 971 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по отнесению технических средств к средствам измерений», а также на основании запроса ООО «Неолаб» (г. Москва) от 27.11.2013 г. № 120/13391, проведена экспертиза документов по отнесению к средствам измерений технического средства «Прибор для определения прокачиваемости моторных масел при пониженных температурах (модель MRV TP-1)».

В результате проведенной экспертизы документов, с учетом экспертного заключения ФГУП «ВНИИМ им. Менделеева» от 16.01.2013г. № 203/2-1-239, установлено, что техническое устройство «Прибор для определения прокачиваемости моторных масел при пониженных температурах (модель MRV TP-1)» не предназначено для выполнения измерений, так как не имеет нормированных метрологических характеристик и, следовательно, не может быть отнесено к средствам измерений.

Е.Р. Синельщикова